

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Pedido de Aquisição de Bens ou Serviços e Prorrogações

 BERNADETE
SUSIN
17/03/2023 14:51

 CRISTINA
VIVIAN
17/03/2023 16:00

 EDSON
DE
AMORIM
30/03/2023 11:25

1. Identificador da demanda no PAC

Número: 03005 - material de consumo médico e odontológico

2. Descrição da necessidade

Aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Saúde, conforme descrição e quantidades a seguir:

Descrição	Unidade	Quantidade
Adesivo para esmalte e dentina fotopolimerizável. Primer e adesivo num só frasco; sem necessidade de agitar o frasco antes do uso; composto por água e etanol, BIS-GMA, 10% de sílica coloidal, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico. Frasco com 5 ml. Produto com registro na Anvisa. Marca Obrigatória: Single Bond Universal da 3M.	Unidade	6
Agente de união química (SILANO) para processos de união e cimentação de peças de porcelana, resina e pinos de fibra de vidro; com cimentos resinosos ou reparos com resinas compostas. Deve ser pré-ativado (frasco único), ter solvente à base de etanol e oferecer alta adesividade. Frasco com 5 ml. Produto deve ter registro na Anvisa. Marcas de referência: Angelus e Biodinâmica.	Unidade	1
Amálgama dental em cápsulas para uso em amalgamador. Liga de amálgama com aproximadamente 45% de prata, 24% de cobre e 31% estanho, isento da fase gama 2, sem zinco. O fabricante deve possuir selo de qualidade da ADA (American Dental Association). Pote com 50 cápsulas de 1 porção. Marcas de referência: Alloy (DFL) e Permite (SDI).	Pote com 50 cápsulas	1
Anestésico tópico gel, à base de benzocaína 200mg/g, sabor menta ou tutti-frutti. Frasco com 12g. Produto com registro na Anvisa.	Unidade	1
Aplicadores descartáveis com ponta em formato de esfera, para aplicação de líquidos e géis odontológicos, com dois pontos de dobra, com cabeça de tamanho médio de 2 mm. Comprimento do cabo de 8mm. Caixa com 100. Produto com registro na Anvisa. , Marca de referência: Microbrusch regular e	Caixa com 100	12



Cavibrusch (FGM).		
Avental Hospitalar confeccionado em TNT, gramatura 40 (ou superior), Impermeável, Manga Longa, Elástico no Punho, Cores Branca, verde ou azul, Tamanho único. Pacote com 10. Marcas de referência: Monteiro; Descarpack.	Pacote com 10 aventais	50
Caneta de alta rotação, fabricada em alumínio ionizado, com rolamentos em cerâmica, autoclavável à 135°C, conexão Borden de 02 furos, com spray triplo (três saídas de água) direcionadas para a ponta da broca, sistema de remoção e colocação de brocas tipo push-bottom, pressão de acionamento de aproximadamente 32 libras (2,2BAR), rotação mínima 380.000 RPM. Baixo nível de ruído (aproximadamente 65 decibéis). Superfície lisa para facilitar assepsia, durabilidade mínima de 1000 ciclos de esterilização. Fabricante com Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para a Saúde, Certificação ISO9001 e ISO13485. Marcas de referência: Kavo modelo 505 C PB e Silent MRS400 PB da Dabi Atlante.	Unidade	6
Cimento à base de Hidróxido de Cálcio, radiopaco, fotopolimerizável, para capeamento e forramento pulpar, de coloração semelhante à dentina (A3). Seringa com 2 g. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência Biocal.(Biodinâmica) e Ultra Blend Plus (Ultradent).	Unidade	4
Cimento Adesivo Resinoso dual, para inlays, onlays, coroas metalo-cerâmicas, porcelanas e resinas. Tixotrópico, com alta fluidez, alta tolerância à umidade, dispensa uso de condicionamento ácido e adesivo. Sistema dosador tipo clicker com base e catalisador – com aproximadamente 4,5g. Unidade. Cor A2. Produto com registro na Anvisa.Marcas de referências RelyX U200 da 3M, Allcem da FGM.	Unidade	2
Cimento para restauração provisória, pó à base de óxido de zinco, e o líquido à base de eugenol, tempo de presa de 5 a 8 minutos. Caixa com 1 frasco de pó com 38g e 1 frasco de líquido com 15 ml, aproximadamente. Produto com registro na Anvisa. Marcas para referência: Z.O.E. (SSWhite) e Interim (Biodinâmica).	Unidade	2
Condicionador ácido para esmalte e dentina, à base de ácido fosfórico à 35%, em forma de gel, que seja suficientemente viscoso para evitar a migração quando aplicado em superfície vertical, na cor azul, que seja de fácil enxague. O Ultra-Etch possui propriedade auto limitante de profundidade do ataque ácido sobre a dentina (único na sua classe). Isto significa que a sua profundidade de condicionamento ácido não excederá significativamente o limite de 1,9 µm, mesmo quando permanecer por tempo superior ao preconizado (15seg). Isto cria condições ideais para uma forte união adesiva e evita os defeitos que podem causar sensibilidade dentária. Embalagem: Kit contendo 1 seringa 30ml IndiSpense + 20 seringas vazias de 1.2ml + 20 tips azuis Micro. Produto deve ter registro na ANVISA. Marca obrigatória: Ultradent.	Kit	4



Curativo composto, formado por uma película fina e transparente de poliuretano coberta com adesivo acrílico, tendo no seu centro uma fina compressa altamente absorvente de fibras de acrílico e algodão, recoberta com uma película anti-aderente de poliéster. O conjunto é sustentado por um filme plástico que proporciona um sistema de aplicação simples e preciso. Tamanho aproximado 6,5x5cm. Marcas de referência: Op-site e Tegaderm	Unidade	45
Curativo composto, formado por uma película fina e transparente de poliuretano coberta com adesivo acrílico, tendo no seu centro uma fina compressa altamente absorvente de fibras de acrílico e algodão, recoberta com uma película anti-aderente de poliéster. O conjunto é sustentado por um filme plástico que proporciona um sistema de aplicação simples e preciso. Tamanho aproximado 9,5x8,5cm. Marcas de referência: Op-site e Tegaderm	Unidade	15
Curativo, bandagem adesiva de filme transparente de poliuretano, 1,9cmX7,6cm, adesivo acrílico hipoalergenico resistente à agua, fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e triclosan. Caixa com 40. Marcas de referência Cremer; Johnson & Johnson	Caixa com 40	12
Detergente odontológico, solução aquosa de Lauril Sulfato de Sódio 4%, exclusivo para uso odontológico. Frasco com 200 ml. Produto com Registro na Anvisa. Marcas de referência: Tergentol e Tergensol, Tergencal/Biodinâmica.	Frasco com 200mL	1
Discos de acabamento e polimento na granulação grossa . Os discos devem possuir abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster, ter centro metálico e medir ½ polegada de diâmetro. Os discos devem ter sistema de encaixe rápido no mandril, do tipo pop-on. Embalagem refil pacote com 30 unidades. Empresa deve ter registro na Anvisa. Pacote com 30 unidades. Marca de referência: Soft-lex pop-on (3M) e Sistema Praxis (TDV).	Pacote com 30	12
Envelopes autoselantes produzidos em papel grau cirúrgico. Indicados e utilizados para esterilização de materiais em autoclave, composta de duas faces, sendo uma delas translúcida, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, sendo que as impressões nos envelopes situam-se na área externa de esterilização, evitando assim a migração de tinta ao conteúdo esterilizado, possuindo lacre de abertura com 4 (quatro) camadas de fechamento eletrônico. Com registro na ANVISA. Tamanho aproximado 5cmx13cm. Caixa com 200 unidades. Marcas de referência: Medstéril e Sispack	caixa com 200 unidades	15
Escova dental do tipo unitufo, com cerdas macias. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Sanifil e Oral B.	Unidade	30
Escovas interdentais de formato cilíndrico, de tamanho extra fino, descartáveis. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência: Sanifill e Bitufo.	Caixa com 10 unidades	4



Palitos (ou palhetas) de borracha macia, flexíveis,cônicas, descartáveis, que não possua nenhum tipo de metal. Possui filamentos suaves e flexíveis em volta da parte cônica central, que estimulam e micro massageiam suavemente a gengiva. Também chamadas de escovas interdentais de silicone, indicadas para higiene do espaço interdental. Cor: branco com verde. Tamanho aproximado: 49 x 65 mm. Embalagem: 40 unidades + estojo plástico. Nenhuma outra marca no mercado possui palheta com o diâmetro indicado na descrição. Por questões técnicas, a marca indicada possui diâmetro ideal e é o mais adequado para realizar a limpeza das gengivas com menor risco de lesão. Marca obrigatória: GUM Soft Pix Original cor verde.	Embalagem com 40 unidades	10
Palitos (ou palhetas) de borracha macia, flexíveis,cônicas, descartáveis, alongados, em formato curvo , que não possua nenhum tipo de metal. Este possui filamentos suaves e flexíveis em volta da parte cônica central, que estimulam e micro massageiam suavemente a gengiva. Também chamadas de escovas interdentais de silicone, indicadas para higiene do espaço interdental. Cor: branco com verde. Tamanho aproximado: 15x75x150 mm. Embalagem: 18 unidades + estojo plástico. Nenhuma outra marca no mercado possui palheta com o diâmetro indicado na descrição. Por questões técnicas, a marca indicada possui diâmetro ideal e é o mais adequado para realizar a limpeza das gengivas com menor risco de lesão. Marca obrigatória em função do diâmetro da palheta: GUM Soft Pix Advanced.	Embalagem com 40 unidades	10
Espelho bucal nº 5, plano, de aço inox. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Duflex, Golgran e Prima.	Unidade	12
Fio dental encerado, resistente. Rolo com 100 metros. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Hillo e Sanifill.	Unidade	20
Fronha descartável, branco, 0,70cm X 0,50cm, confeccionado em TNT (tecido não tecido), fabricada em 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades. Atóxico, gramatura 30. Marca de Referência: Anadona, Protdesc.	Pacote com 10 unidades	60
Flúor solução para bochecho à 0,2%. Solução incolor. Frasco com 500mL. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Iodontosul e Dentsply.	Unidade	12
Guardanapo branco folha dupla, 33 x 33 cm (aproximadamente). Pacotes com 50 unidades. Marcas de referência: Scott Grand Hotel FM e Dualette Lips.	unidade	24
Indicador biológico auto-contido para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Com ciclos de 24h. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência: Sispack e Clean Test, Sport Test	Pacote com 10 unidades	12
Lixa interdental Microcut, para uso em arco de serra Micro Cut manual da marca TDV. Refil. Pacote com 5 unidades. Produto com registro na Anvisa.	Pacote com 5 Unidades	10
Luva antiderrapante, hipoalergênica, não estéril, ambidestra, produzidas com látex natural, não pulverizadas (sem talco), resistentes, com textura homogênea e com acabamento no punho. Produto com registro na Anvisa. Tamanho P. Marcas de referência: Supermax e Satari. (se a marca orçada for	Caixa com 100	70



Prevemax, o tamanho deve ser M)		
Luva antiderrapante, hipoalergênica, não estéril, ambidestra, produzidas com látex natural, não pulverizadas (sem talco), resistentes, com textura homogênea e com acabamento no punho. Produto com registro na Anvisa. Tamanho M. Marcas de referência: Supermax e Satari. (se a marca orçada for Prevemax, o tamanho deve ser G)	Caixa com 100	50
Luva Nitrílica para procedimentos não cirúrgicos, hipoalergênica, não estéril, ambidestra, não pulverizadas (sem talco), resistentes. Tamanho M. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Descarpak, Unigloves.	caixa com 100	12
Lençol de borracha cortado no tamanho aproximado de 13,5cm x 13,5cm, na cor azul e com aroma de tutti-frutti. Caixa c/ 26 unidades. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Madeitex e Angelus. Caixas	Caixa com 26	2
Lençol descartável com elástico , branco, confeccionado em TNT, com aproximadamente 2,00m x 90cm, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.	Embalagem com 10	60
Lençol descartável sem elástico , branco, confeccionado em TNT, com aproximadamente 2,00m x 90cm, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.	Embalagem com 10	60
Papel toalha de uso doméstico, com folha dupla picotada, gofrada, 100% de fibras naturais com folhas de 22X20cm. Pacote com 2 rolos de 60 folhas. Marcas de referência: Snob, Mili	Pacote com 2 Unidades	24
Pontas para aparelho de ultrassom, para remoção de tártaro em todas as superfícies. Autoclavável, com rosca interna e ponta bem fina. Deve encaixar em aparelhos da marca Olsen modelo WoodPicket. Modelo P2 ou T4-S, para periodontia. Unidade. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Olsen e Schuster.	Unidade	10
Pontas descartáveis (ponteiras) para seringa tríplice, para substituição da ponta metálica da seringa tríplice, que se adapte em seringas do equipamento Olsen. Que sejam de fácil adaptação e de várias cores. Pacote com 40 unidades. Produto com registro na Anvisa.	Unidade	42
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A1B	Unidade	4
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica	Unidade	6



de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A2B		
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A2E	Unidade	6
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A3,5B	Unidade	6
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A3B	Unidade	6
Resina composta fotopolimerizável para restaurações anteriores, posteriores, diretas e indiretas, com partículas inorgânicas com combinação de agregados de matriz de zircônia/sílica com tamanho médio de 0,6 a 1,4 microns com tamanho de partícula primário de 5 a 20 nanômetros e incorporação de sílica de 20 nanômetros não aglomerada. Tubo com 4 gramas. Marca Obrigatória Z350 XT - 3M. Cor A3E	Unidade	6
Resina composta fotopolimerizável, tipo bulk fill, de alta fluidez, radiopaca, com baixa tensão de contração de polimerização, que permite inserção de incremento único de até 4 mm, com elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral, com baixa deflexão de cúspides. Produto com registro na Anvisa. Embalagem com 1 seringa de 2g . Marcas de referência: Filtek Bulk Fill Flow da 3M e Opus Bulk Fill Flow da FGM . Cor A2	Unidade	6
Resina composta fotopolimerizável, tipo bulk fill, de alta fluidez, radiopaca, com baixa tensão de contração de polimerização, que permite inserção de incremento único de até 4 mm, com elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral, com baixa deflexão de cúspides. Produto com registro na Anvisa. Embalagem com 1 seringa de 2g . Marcas de referência: Filtek Bulk Fill Flow da 3M e Opus Bulk Fill Flow da FGM . Cor A3	Unidade	6



Roletes dentais de Algodão, formato cilíndrico, produzidos com fibras naturais, 100% algodão, macios e absorventes. Produto com registro na Anvisa. Marcas de referência: Cremer nº 1 e Roeko.	Pacote com 100	24
Serra interdental Microcut, espessura de 0,05mm, para uso em arco de serra Micro cut manual da marca TDV. Refil: Marcas de referência: Microcut (TDV). Pacote com 5 unidades. Produto com registro na Anvisa.	Pacote com 5	10
Sistema de acabamento para restauração de compósito. Composição básica: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. Caixa com 7 pontas abrasivas, em forma de chama , todas com mandril plástico acoplado e fixo, para uso em contra-ângulo. Produto com registro na Anvisa.	Caixa com 7 unidades	30
Solução Detergente Enzimático, a base de enzimas amilase, protease, lipase e carbohidrase; solubilizante, tensoativo não-iônico, solvente, corrente, essência floral e água deionizada. Frasco com 1000mL. Marcas de referência: Riosyme IV, Gold, Asfer	Unidade	6
Saco de papel Kraft com aproximadamente 18 X 10cm, com abertura na parte mais estreita (transversal), capacidade de 1/2kg. Pacote com 500.	Pacote com 500	6
Sugadores de saliva descartáveis para uso odontológico. Feito em tubo PVC, transparente e atóxico. Arame em aço resistente, que tenha fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira em PVC macio, atóxico e preferencialmente com ponta na cor azul, comprimento mínimo total de 13cm. Produto com registro na Anvisa. Pacote com 40. Marcas de referência: DFL e WA.	Pacote com 40	15
Seringa 3 ml com agulha 30x7 ou 25x7 – polipropileno transp., bico simples ou luer lock, êmbolo de borracha, grade 0,2 em 0,2, numerada de 1 em 1 ml. Êmbolo no final da seringa que não se desprende, possuindo anel de retenção evitando acidentes e perdas de substâncias. Embalagem em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno. Marcas obrigatória: BD	Unidade	30
Seringa 5 ml com agulha 30x7 ou 25x7 – polipropileno transp., bico simples ou luer lock, êmbolo de borracha, grade 0,2 em 0,2, numerada de 1 em 1 ml. Êmbolo no final da seringa que não se desprende, possuindo anel de retenção evitando acidentes e perdas de substâncias. Embalagem em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno. Marcas obrigatória: BD	Unidade	100
Seringa 10 ml – polipropileno transp., bico simples ou luer lock, êmbolo de borracha, grade 0,2 em 0,2, numerada de 1 em 1 ml. Êmbolo no final da seringa que não se desprende, possuindo anel de retenção evitando acidentes e perdas de substâncias. Embalagem em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno. Marcas obrigatória: BD	Unidade	20



Seringa 20 ml, êmbolo de borracha, grade 0,2 em 0,2, numerada de 1 em 1 ml. Êmbolo no final da seringa que não se desprende, possuindo anel de retenção evitando acidentes e perdas de substâncias. Embalagem em papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno. Marcas obrigatória: BD	Unidade	20
Cabo Neurovector e neurodyn G2000 Ibramed compatível com o aparelho de corrente interferencial da marca Ibramed geração 2000 (sapphire line). Cor azul	Unidade	2
Cabo Neurovector e neurodyn G2000 Ibramed compatível com o aparelho de corrente interferencial da marca Ibramed geração 2000 (sapphire line). Cor verde	Unidade	2
Eletrodos adesivos para o equipamento de TENS, jogo com 04 (quatro) unidades , tamanho 5cm x 5cm.	Jogo com 4 unidades	10
Eletrodo vegetal duplo - esponja - Eletrodo esponja (duplo com apenas uma abertura para colocar o eletrodo). Para uso na corrente diadinâmica (para ser molhado) nos tamanhos aproximados de 9,5 x 8,5;	Unidade	4
Cabo KLD para Eletroestimulação Modelo NMS - R ou I possui Conector para ser utilizado em aparelho de Corrente diadinâmica da marca KLD (Endophasis).	Unidade	1
Faixa elástica para realizar exercícios, na cor vermelha (leve), medindo 1,5m cada unidade.Marcas de Referências: Thera Band; Quark; Carci.	Unidade	3
Faixa elástica para realizar exercícios, na cor azul escuro (médio), medindo 1,5m cada unidade.Marcas de Referências: Thera Band; Quark; Carci.	Unidade	3
Faixa elástica para realizar exercícios, na cor amarelo (leve), medindo 1,5m cada unidade.Marcas de Referências: Thera Band; Quark; Carci.	Unidade	3
Faixa elástica para realizar exercícios, na cor preta (pesado), medindo 1,5m cada unidade.Marcas de Referências: Thera Band; Quark; Carci.	Unidade	3
Tábua proprioceptiva redonda. Dimensão: 40x40x8cm. Superfície emborrachada. Marca de referência Arktus ou fisiomédica	Unidade	1
Gel transdutor para Ultra som de 2kg , com validade de no mínimo 18 meses. Marca de referência: Plurigel; ISP.	Unidade	2

2.1. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens

Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias após a emissão da nota de empenho.



2.2 Modalidade de contratação prevista

A modalidade prevista será Dispensa de Licitação (compra direta).

3. Justificativa

A aquisição dos materiais de consumo utilizados nos procedimentos odontológicos da Coordenadoria de Saúde é necessária em função do dispêndio habitual de tais materiais no decorrer do ano. Os itens a serem comprados e suas quantidades foram determinados em função da previsibilidade de uso no próximo período de 12 meses, do volume de seus estoques atuais, dos prazos de validade e do preconizado na Resolução nº 141 de 26 de setembro de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

A previsão de consumo para o próximo período de 12 meses foi baseada no comportamento do consumo do período anterior. A chefe da Seção de Atendimento em Odontologia, realizou a análise dos dados das planilhas de consumo, geradas através do sistema de controle de estoque do CITSAUDE, e a verificação do saldo remanescente. Desta forma, definiu um quantitativo de itens a serem adquiridos que atenderá a demanda dos próximos 12 meses.

4. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal

A contratação em questão está alinhada com o Objetivo Estratégico “Perspectiva, Aprendizado e Crescimento - Aprimorar a Gestão de Pessoas, Meta: Promover a saúde de magistrados e servidores”, que faz parte do Plano Estratégico Institucional do TRT 12, concernente ao período de 2021 até 2026.

5. Valor Estimado e Origem do Recurso

O valor estimado para o atendimento da demanda é de **R\$ 53.286,99**.

A origem dos recursos será da Unidade Gestora Coordenadoria de Saúde.



6. Indicação de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante

Nome: Bernadete Susin

Matrícula: 4016

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Nome da Função: sem função

E-mail: bernadete.susin@trt12.jus.br

Ramal: 48 988235050

Substituto do Integrante Demandante

Nome: Hélio Camargo Filho

Matrícula: 4188

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Ramal: 4173

E-mail: helio.filho@trt12.jus.br

Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidam)

Nome: Sonia Espindola Amorim

Matrícula: 2249

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário - Odontologia

Nome da Função: FC 05 Chefe de Seção

E-mail: sonia.amorim@trt12.jus.br

Ramal: 4090

Substituto do Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidirem)

Nome: Daniela Fernandes Fraga

Matrícula: 2358



Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Técnico Judiciário - Especialidade Enfermagem

Nome da Função: FC-05 - Chefe de Seção

E-mail: daniela.fraga@trt12.jus.br

Ramal: 4080

Responsável pela oficialização da demanda

Coordenadora de Saúde

Cristina Vivan

Data: 16/03/2023.

