

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Pedido de Aquisição de Bens ou Serviços e Prorrogações

1. Identificador da demanda no PAC

Materiais de Consumo

Item: 03005 - SAÚDE

Item Identificador da Demanda no SIGEO: 151132025000218

Materiais Permanentes

Item: 01031 - SEOF Imprevisíveis

Item Identificador da Demanda no SIGEO: 151132025000218

1.1. Grau de Prioridade da Contratação conforme PAC

Prioridade alta

2. Descrição da necessidade

Aquisição de materiais de consumo para a Coordenadoria de Saúde, conforme descrição e quantidades a seguir:

LOTES	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	1	Abaixador de língua descartável, confeccionado em madeira de alta qualidade, não estéril, atóxica e polida, com acabamento liso, livre de farpas, lascas ou imperfeições, destinado ao uso em procedimentos clínicos para avaliação da cavidade oral e orofaringe. O produto deve possuir bordas arredondadas, com dimensões aproximadas de 15 cm de comprimento, 1,8 cm de largura e espessura entre 1,4 mm e 1,6 mm, proporcionando conforto e segurança durante o uso. Deve ser fornecido em embalagens com 100 unidades, devidamente acondicionadas para evitar contaminação antes do uso. Produto de uso único, de descarte imediato após utilização. Deve possuir registro válido na Anvisa. Marcas de referência: Magazine Médica, Descarpack.	Pacote com 100	6

	11	Atadura nº 12 com 4,5 metros de comprimento, confeccionadas em tecido de crepom 100% algodão, fios de alta torção, alta resistência, com densidade de 13 fios por cm quadrado; - para utilização na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Marcas de referência: Neve e Cremer.	Pacote com 12 unidades	1
	12	Atadura nº 8 com 4,5 metros de comprimento, confeccionadas em tecido de crepom 100% algodão, fios de alta torção, alta resistência, com densidade de 13 fios por cm quadrado; - para utilização na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Marcas de referência: Neve e Cremer.	Pacote com 12 unidades	1
	28	Compressa de gaze hidrófila, constituída de manta de algodão hidrófilo, 5 dobras e 8 camadas, com aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca, recoberta por tecido 100% algodão ou misto, com densidade mínima de 13 fios por cm quadrado, medindo no mínimo 7,5 cm x 7,5 cm e no máximo 10 cm x 10 cm fechada. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas e manchas, falhas, fios soltos, lanulagem, amido e alvejante óptico. Embalagem com 500 unidades que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Marcas de referência: Cremer; Neve; Melhormed	pacote com 500	15
	119	Solução fisiológica a 0,9% de cloreto de sódio, indicada para uso externo, como limpeza de feridas, curativos, irrigação ocular, nasal ou de cateteres. Embalagem plástica flexível contendo 100ml. O produto deve possuir registro válido na Anvisa, com número de registro, lote, data de fabricação e validade claramente impressos no rótulo. Marcas de referência: LBS e Farmax	Unidade	50
	6	Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25x8 – corpo de paredes ultra finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do ministério da saúde. Marcas de referência: TERUMO, BD, INJEX	Caixa com 100	2

	7	Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40x12 – corpo de paredes ultra finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Embalagem em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número do registro do ministério da saúde. Marcas de referência: TERUMO, BD, INJEX	Caixa com 100	2
	113	Seringa descartável com capacidade de 10ml , confeccionada em material plástico atóxico (polipropileno), estéril, de uso único, com bico tipo rosca (sistema Luer Lock), que permite a fixação firme e segura da agulha, reduzindo o risco de desconexão durante o uso. O cilindro da seringa deve ser transparente, com graduação nítida e indelével, em intervalos de 0,1 em 0,1ml, possibilitando a leitura precisa do volume aspirado ou injetado. O êmbolo deve deslizar suavemente e conter anel de vedação de borracha ou material similar que proporcione estanqueidade e precisão. A seringa deverá estar embalada individualmente, em invólucro que garanta a esterilidade até o momento do uso. Deverá apresentar registro válido na Anvisa e estar em conformidade com as normas da ABNT e com as exigências da RDC vigente. Marcas de referência: BD (Becton Dickinson), Descarpack.	unidade	50
	114	Seringa descartável com capacidade de 3ml , confeccionada em material plástico atóxico (polipropileno), estéril, de uso único, com bico tipo rosca (sistema Luer Lock), que permite a fixação firme e segura da agulha, reduzindo o risco de desconexão durante o uso. O cilindro da seringa deve ser transparente, com graduação nítida e indelével, em intervalos de 0,1 em 0,1ml, possibilitando a leitura precisa do volume aspirado ou injetado. O êmbolo deve deslizar suavemente e conter anel de vedação de borracha ou material similar que proporcione estanqueidade e precisão. A seringa deverá estar embalada individualmente, em invólucro que garanta a esterilidade até o momento do uso. Deverá apresentar registro válido na Anvisa e estar em conformidade com as normas da ABNT e com as exigências da RDC vigente. Marcas de referência: BD (Becton Dickinson), Descarpack.	unidade	50
	115	Seringa descartável com capacidade de 5ml , confeccionada em material plástico atóxico (polipropileno), estéril, de uso único, com bico tipo rosca (sistema Luer Lock), que permite a fixação firme e segura da agulha, reduzindo o risco de desconexão durante o uso. O cilindro da seringa deve ser transparente, com graduação nítida e indelével, em intervalos de 0,1 em 0,1ml, possibilitando a leitura precisa do volume aspirado ou injetado. O êmbolo deve deslizar suavemente e conter anel de vedação de borracha ou material similar que proporcione estanqueidade e precisão. A seringa deverá estar embalada individualmente, em invólucro que garanta a esterilidade até o	unidade	50

		momento do uso. Deverá apresentar registro válido na Anvisa e estar em conformidade com as normas da ABNT e com as exigências da RDC vigente. Marcas de referência: BD (Becton Dickinson), Descarpack.		
	31	Curativo composto, formado por uma película fina e transparente de poliuretano coberta com adesivo acrílico, tendo no seu centro uma fina compressa altamente absorvente de fibras de acrílico e algodão, recoberta com uma película anti-aderente de poliéster. O conjunto é sustentado por um filme plástico que proporciona um sistema de aplicação simples e preciso. Tamanho aproximado 6,5x5cm . Marcas de referência: Op-site e Tegaderm	Unidade	60
	32	Curativo composto, formado por uma película fina e transparente de poliuretano coberta com adesivo acrílico, tendo no seu centro uma fina compressa altamente absorvente de fibras de acrílico e algodão, recoberta com uma película anti-aderente de poliéster. O conjunto é sustentado por um filme plástico que proporciona um sistema de aplicação simples e preciso. Tamanho aproximado 9,5x8,5cm . Marcas de referência: Op-site e Tegaderm	Unidade	60
	33	Curativo, bandagem adesiva de filme transparente de poliuretano, 1,9cmX7,6cm, adesivo acrílico hipoalergênico resistente à água, fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e triclosan. Caixa com 40 unidades. Marcas de referência Cremer; Johnson & Johnson	Caixa com 40	12
	51	Fita microporosa adesiva hipoalergênica, nas medidas de 12mm x 4,5m , destinada ao uso médico-hospitalar para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos. O produto deverá ser confeccionado em não tecido (tipo rayon ou celulose) com adesivo acrílico hipoalergênico de grau médico, isento de látex, permitindo excelente aderência à pele e remoção com mínimo desconforto. Deverá ser permeável ao ar e à umidade, possibilitando a respiração da pele e reduzindo o risco de maceração. A fita deve ser fácil de manusear, podendo ser rasgada manualmente, sem necessidade de tesoura, e não deve deixar resíduos após a remoção. A apresentação deverá ser em rolo individual, com embalagem protetora, não estéril. O produto deverá possuir regularização válida junto à Anvisa (registro ou notificação) e atender às normas de qualidade vigentes para produtos médico-hospitalares. Na cor branca ou bege. Marcas de referência: Cremer, Nexcare	Unidade	12
	52	Fita microporosa adesiva hipoalergênica, nas medidas de 25mm x 4,5m , destinada ao uso médico-hospitalar para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos. O produto deverá ser confeccionado em não tecido (tipo rayon ou celulose) com adesivo acrílico hipoalergênico de grau médico, isento de látex, permitindo excelente aderência à pele e remoção com mínimo desconforto. Deverá ser permeável ao ar e à umidade, possibilitando a respiração da pele e reduzindo o risco de maceração. A fita deve ser fácil de manusear, podendo ser rasgada manualmente, sem necessidade de tesoura, e não deve deixar resíduos após a remoção. A apresentação deverá ser em rolo individual, com embalagem protetora, não estéril. O produto deverá possuir regularização válida junto à Anvisa (registro ou	Unidade	12

		notificação) e atender às normas de qualidade vigentes para produtos médico-hospitalares. Na cor branca ou bege. Marcas de referência: Cremer, Nexcare		
	53	Fita microporosa adesiva hipoalergênica, nas medidas de 50mm x 10m , destinada ao uso médico-hospitalar para fixação de curativos, sondas, cateteres e outros dispositivos. O produto deverá ser confeccionado em não tecido (tipo rayon ou celulose) com adesivo acrílico hipoalergênico de grau médico, isento de látex, permitindo excelente aderência à pele e remoção com mínimo desconforto. Deverá ser permeável ao ar e à umidade, possibilitando a respiração da pele e reduzindo o risco de maceração. A fita deve ser fácil de manusear, podendo ser rasgada manualmente, sem necessidade de tesoura, e não deve deixar resíduos após a remoção. A apresentação deverá ser em rolo individual, com embalagem protetora, não estéril. O produto deverá possuir regularização válida junto à Anvisa (registro ou notificação) e atender às normas de qualidade vigentes para produtos médico-hospitalares. Na cor branca ou bege. Marcas de referência: Cremer, Nexcare	Unidade	12
2	36	Eletrodo vegetal duplo - esponja - Eletrodo esponja (duplo com apenas uma abertura para colocar o eletrodo). Para uso na corrente diadinâmica (para ser molhado) nos tamanhos aproximados de 9,5 x 8,5 .	Unidade	4
	37	Eletrodos adesivos para o equipamento de TENS, jogo com 04 (quatro) unidades, tamanho 5cm x 5cm .	Jogo com 4 unidades	10
	38	Eletrodos adesivos para o equipamento de TENS, jogo com 04 (quatro) unidades, tamanho 5cm x 9cm .	Jogo com 4 unidades	10
	50	Faixa elástica para realizar exercícios, na cor amarelo (muito leve), medindo 1,5m cada unidade. Marcas de Referência: Thera Band; Quark; Carci.	Unidade	5
	57	Gel transdutor para Ultrassom de 2kg , com validade de no mínimo 18 meses. Marca de referência: Plurigel; ISP.	Unidade	3
	123	Travesseiro Clínico Hospitalar Impermeável 70x50cm	Unidade	2
	124	Travesseiro impermeável - Travesseiro de espuma D28- Revestido em Curvim - Medidas aproximadas: 53 cm Compr. x 33 cm Larg x 5 cm Alt..	Unidade	2
	63	Lençol descartável com elástico, branco, confeccionado em TNT, com aproximadamente 2,00m x 90cm, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.	Pacote com 10	55
3	72	Luva antiderrapante, hipo-alergênica, não estéril, ambidestra, produzidas com latex natural, não pulverizadas (sem talco), resistentes, com textura homogênea e com acabamento no punho. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na Anvisa. Tamanho M. Marcas de referência: Supermax e Satari.	Caixa com 100	36

	73	Luva antiderrapante, hipo-alergênica, não estéril, ambidestra, produzidas com latex natural, não pulverizadas (sem talco), resistentes, com textura homogênea e com acabamento no punho. Caixa com 100 unidades. Produto com registro na Anvisa. Tamanho P. Marcas de referência: Supermax e Satari.	Caixa com 100	140
	74	Máscara com elástico, com eficiência de filtração bactericida mínima de 95%, atóxica, tripla camada, descartável, hipoalergênica, cor branca. Conforme laudo médico do Nesmt, por motivo de alergia de um profissional, deve ser, necessariamente, da marca Descarpack. Produto com registro na ANVISA.	Caixa com 50 unidades	24
	58	Gorro descartável, atóxico, tipo touca sanfonada, com elástico, cor branca. Produto com registro na Anvisa. Pacote com 100 unidades. Marcas de referência: Fava e Descarpack.	Pacote com 100	20
	112	Saco de lixo de cor branca, com capacidade para 20 litros, com simbologia e inscrição de infectante, de acordo com os padrões exigidos pela ABNT. Deve atender integralmente a NBR 9191 (2002). Pacote com 100 unidades. Marcas de referência: Biobase, Azeplast	Pacote com 100	3
4	84	Papel toalha de uso doméstico, com folha dupla picotada, gofrada, 100% de fibras naturais com folhas de 22X20cm. Pacote com 2 rolos de 60 folhas. Marcas de referência: Snob, Mili	Pacote com 2 Unidades	100
	59	Guardanapo branco folha dupla, 33 x 33 cm (aproximadamente). Pacotes com 50 unidades. Marcas de referência: Scott Grand Hotel FM e Dualette Lips.	Pacote com 50 unidades	100
	86	Plástico Filme PVC esticável. Rolo com 28cm x 300m. Marcas de Referência: Dispafilm; Lusafilm, Guarufilme.	Unidade	40
	111	Saco de papel Kraft com aproximadamente 18 X 10cm, com abertura na parte mais estreita (transversal), capacidade de 1/2kg. Pacote com 500.	Pacote com 500	6
SEM LOTE	42	Esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão arterial manual), modelo adulto, indicado para uso clínico e hospitalar na aferição indireta da pressão arterial. O equipamento deve possuir manômetro com escala de fácil leitura, aferido pelo controle de qualidade do fabricante e com selo de verificação inicial individual emitido pelo INMETRO. A braçadeira deve ser confeccionada em tecido resistente e macio, com sistema de fecho em velcro ou similar, proporcionando conforto ao paciente e fixação adequada durante o uso. O manguito deverá ser em borracha vulcanizada, com duas saídas para acoplamento ao manômetro e à pera insufladora, garantindo alta durabilidade e desempenho. O conjunto deve incluir pera insufladora com válvula metálica de deflação precisa e eficiente. Acompanha estojo para acondicionamento e transporte, manual de instruções e certificado de verificação do INMETRO. O produto deve possuir registro ativo na Anvisa e atender às normas técnicas aplicáveis. Marca de referência: BIC, Welch Allyn.	Unidade	3

SEM LOTE	45	Estetoscópio profissional modelo adulto, tipo duplo, com auscultador leve e de alta sensibilidade, indicado para uso clínico geral, ideal para triagens, enfermagem e atenção básica à saúde. O equipamento deve possuir auscultador com tecnologia dupla, permitindo ausculta de sons em diferentes frequências por simples variação da pressão. Os auriculares devem ser anatômicos, com olivas macias de vedação suave, que proporcionem isolamento acústico eficiente e conforto durante o uso prolongado. O tubo de lúmen deve possuir comprimento aproximado de 70cm, com boa resistência a torções e livre de látex. Cor predominante do tubo: preto ou cinza. Garantia mínima de 2 anos fornecida pelo fabricante. O produto deve possuir registro válido na Anvisa. Marca de referência: Littmann, Welch Allyn	Unidade	4
SEM LOTE	81	Aparelho de pressão arterial digital automático, do tipo oscilométrico, projetado para uso clínico e hospitalar, com braçadeira de tamanho ampliado, adequada para pacientes com obesidade. O equipamento deverá realizar a medição da pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca de forma automática, por meio de inflagem e desinflagem automática da braçadeira. Deve possuir visor digital de fácil leitura, com exibição simultânea dos valores medidos. Acompanha braçadeira reutilizável de tamanho grande, com circunferência mínima de 35 cm e máxima de 55 cm, permitindo medições precisas em pacientes com maior perímetro braquial, sem causar desconforto ou comprometer a acurácia dos resultados. O equipamento deverá apresentar validação clínica conforme protocolos reconhecidos internacionalmente (AAMI, ESH ou BHS), conter função de detecção de batimentos irregulares e sistema de desligamento automático. Deve funcionar com bateria recarregável ou pilhas. A estrutura do aparelho deve ser resistente, de fácil higienização, e o produto deve possuir registro válido na Anvisa. Marcas de referência: Omron, Welch Allyn.	Unidade	2
SEM LOTE	82	Monitor de Pressão Arterial Digital Profissional automático, destinado à aferição não invasiva da pressão arterial sistólica, diastólica e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, por meio do método oscilométrico. O aparelho deve operar com inflagem e desinflagem automáticas, possuir visor digital de fácil leitura com exibição simultânea da pressão sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, e permitir medições rápidas e precisas. Deve acompanhar braçadeira reutilizável com circunferência mínima de 22cm e máxima de 42cm, compatível com a maioria dos biotipos. O equipamento deve possuir função de detecção de batimentos irregulares, sistema de desligamento automático, e ser alimentado por pilhas e/ou baterias recarregáveis, oferecendo mobilidade e confiabilidade em ambientes clínicos. O produto deve ter estrutura resistente, de fácil higienização. Deve possuir certificação do Inmetro, garantia mínima de 12 meses e registro ativo na Anvisa. Marca de referência: Omron, Welch Allyn.	Unidade	2

2.1. Vinculação ou dependência a outro DFD

Não há.

2.2. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens

Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias após a emissão da nota de empenho.

2.2 Modalidade de contratação prevista

A modalidade prevista Dispensa de Licitação.

3. Justificativa

A aquisição dos materiais de consumo utilizados nos procedimentos médicos da Coordenadoria de Saúde é necessária em função do dispêndio habitual de tais materiais no decorrer do ano. Os itens a serem comprados e suas quantidades foram determinados em função da previsibilidade de uso no próximo período de 12 meses, do volume de seus estoques atuais, dos prazos de validade e do preconizado na Resolução nº 141 de 26 de setembro de 2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

4. Alinhamento entre a contratação e os Planos Estratégicos do Tribunal

A contratação em questão está alinhada com o Objetivo Estratégico “Perspectiva, Aprendizado e Crescimento - Aprimorar a Gestão de Pessoas, Meta: Promover a saúde de magistrados e servidores”, que faz parte do Plano Estratégico Institucional do TRT 12, concernente ao período de 2021 até 2026.

5. Quantidade a ser contratada

As quantidades se encontram na planilha, conforme item 2 deste documento.

6. Valor Estimado e Origem do Recurso

O valor estimado para o atendimento da demanda é de R\$ 25.500,48.

A origem dos recursos será da Unidade Gestora Coordenadoria de Saúde.

7. Indicação de integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante

Nome: Bernadete Susin

Matrícula: 4016

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Nome da Função: sem função

E-mail: bernadete.susin@trt12.jus.br

Ramal: 48 988235050

Substituto do Integrante Demandante

Nome: Hélio Camargo Filho

Matrícula: 4188

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário

Ramal: 4173

E-mail: helio.filho@trt12.jus.br

Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidam)

Nome: Daniela Fernandes Fraga

Matrícula: 2358

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Técnico Judiciário - Especialidade Enfermagem

Nome da Função: FC-05 - Chefe de Seção

E-mail: daniela.fraga@trt12.jus.br

Ramal: 4080

Substituto do Integrante Técnico (apenas nos casos em que a área demandante e a área técnica coincidirem)

Nome: Sonia Espindola Amorim

Matrícula: 2249

Lotação: Coordenadoria de Saúde

Cargo: Analista Judiciário - Odontologia

Nome da Função: FC 05 Chefe de Seção

E-mail: sonia.amorim@trt12.jus.br

Ramal: 4090

Responsável pela oficialização da demanda

Coordenadora de Saúde

Cristina Vivan de Oliveira

Data: 08/07/2025.

Encaminho à Secretaria Administrativa (SECAD) para indicação do integrante administrativo e verificação do prazo hábil para o atendimento da demanda.*

Data: 08/07/2025.